

№
На № 29-44-91 от 18.07.2022
Графический объект не удалять
регистрационные данные заполняются автоматически

ООО «НК-Инновации ЮГ»
Генеральному директору
Семеренко А.А.

105122, г Москва, Щелковское
шоссе 13

Настоящим письмом информируем заинтересованных. В качестве приза победителю отборочного этапа «Дефектоскопист 2022», мне был презентован негатоскоп модели Инноватор – 4.


В ходе эксплуатации негатаоскопа при проведении работ на объектах АО «Транснефть-Урал» были отмечены следующие положительные качества оборудования:

1. Светодиодный негатаоскоп Инноватор-4 имеет высокие показатели по яркости (до 400000 кд/м²).
2. Работаем зачастую в режиме 24/7, никогда не подводил.
3. Использовали при расшифровке рулонной и форматной пленки, удобно выставлять прибор на столе под разные задачи. Устойчив при транспортировке.
4. Денситометр проходит периодическую калибровку и работает исправно.
5. Секторная система освещения позволяет работать без защитных штор и регулировать просмотрное окно в нужных размерах.

Рекомендации:

Рассмотреть возможность разработки и серийного выпуска отдельного денситометра с включением его в государственный реестр СИ, подходящую под данный тип негатаоскопов.

Главный специалист по НК



Э.Ю. Аликов